


FRED easy TRAINER

Pour la formation DEA / For AED training /
Für die AED-Schulung

Notice d'emploi / User guide /
Gebrauchsanweisung

June 2008



CE



Part No. 0-48-0028

Sommaire

	Page
1 Généralités.....	6
2 Usage prévu.....	8
3 Caractéristiques	8
4 Eléments d'indication et de commande.....	9
Appareil.....	9
4.2 Electrodes et câble	10
5 Sélection d'un scénario.....	11
5.1 Liste des scénarios disponibles.....	11
5.2 Sélection d'un scénario	11
5.2.1 Sélection d'un scénario à l'aide de l'appareil.....	11
5.2.2 Sélection d'un scénario avec la télécommande	12
5.3 Description des fonctions associées aux touches de la télécommande.....	13
5.4 Extinction de l'appareil.....	13
6 Consignes de sécurité.....	14
7 Nettoyage et entretien	14
8 Maintenance et recyclage à la fin de la durée de vie	14
9 Caractéristiques techniques	15
9.1 Conditions physiques d'environnement.....	16
10 Garantie.....	16
11 Accessoires	17
12 Algorithme général	18
13 Textes parlés et affichés	19
14 Algorithme version PRO.....	20
15 Textes parlés et affichés (version PRO)	21

ATTENTION !

Cet appareil ne délivre aucune énergie. Ne le confondez pas !

Contents

1 General points	22
2 Intended use	24
3 Characteristics	24
4 Display and controls	25
4.1 Device.....	25
4.2 Electrodes and cable	26
5 Scenario selection procedure.....	27
5.1 List of scenarios.....	27
5.2 Selection of a scenario	27
5.2.1 Selection of a scenario on the device.....	27
5.2.2 Selection of a scenario with the infrared remote control	28
5.3 Description of the functions associated with keys on the infrared remote control	29
5.4 To switch the device off	29
6 Safety instructions	30
7 Cleaning and maintenance.....	30
8 Servicing and disposal at the end of the service life.....	30
9 Specifications	31
9.1 Physical and environment requirements	32
10 Warranty.....	32
11 Accessories	33
12 General algorithm	34
13 Spoken and displayed texts.....	35

WARNING!

This device does not deliver energies. Do not mistake it.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	36
2	Verwendungszweck	38
3	Eigenschaften.....	38
4	Anzeige- und Bedienungselemente	39
4.1	Gerät.....	39
4.2	Elektroden und Kabel	40
5	Wahl eines Szenarios	41
5.1	Liste der verfügbaren Szenarien:	41
5.2	Wahl eines Szenarios.....	41
5.2.1	Wahl eines Szenarios mit dem Gerät.....	41
5.2.2	Wahl eines Szenarios mit der Fernbedienung	42
5.3	Funktion der Tasten der Fernbedienung	43
5.4	Ausschalten des Gerätes	43
6	Sicherheitshinweise.....	44
7	Reinigung.....	44
8	Wartung und Entsorgung.....	44
9	Technische Daten	45
9.1	Umgebungsbedingungen	46
10	Garantie.....	46
11	Lieferübersicht	47
12	General Algorithmus.....	48
13	Sprach und Anzeigetexte	49

ACHTUNG !

Nicht verwechseln. Dieses Gerät gibt keine Energie ab!

1 Généralités

- Le produit FRED easy TRAINER porte la marque CE suivant la directive 93/42/CEE concernant les dispositifs médicaux, et remplit les exigences essentielles de l'annexe I de cette directive.
- L'appareil est antiparasité selon la norme EN 55011 classe B.
- La sécurité de l'utilisateur et un fonctionnement sans problème de l'appareil ne sont garantis qu'avec l'utilisation correcte de pièces garanties d'origines SCHILLER. De plus, seuls les accessoires mentionnés dans le présent mode d'emploi ou qui ont été expressément reconnus comme accessoires autorisés par SCHILLER doivent être utilisés. Les appareils devenus humides suite à des variations de température, ne doivent être remis en service que lorsqu'ils sont à nouveau complètement secs.
- Le constructeur dégage toute responsabilité concernant la sécurité, la fiabilité et les caractéristiques de l'appareil si :
 - Le montage, les extensions, les réglages, les modifications ou réparations n'ont pas été effectués par lui ou par des personnes autorisées par lui.
 - L'installation électrique du local n'est pas en conformité avec les prescriptions en vigueur dans ce pays.
 - L'appareil n'est pas utilisé selon les instructions d'utilisation.
- Le fournisseur mettra à disposition, sur demande, les schémas de circuits, les listes des composants, les descriptions, les consignes d'étalonnage ou toute autre information, utiles au personnel technique qualifié de l'utilisateur pour réparer les parties de l'appareil que le constructeur a classé « réparables ». Cette mise à disposition n'est en aucun cas une autorisation ou une habilitation à effectuer des modifications ou des réparations sur les appareils.
- Ce document correspond au type de l'appareil et est conforme aux normes de sécurité en vigueur à la date de l'impression. SCHILLER se réserve tous les droits sur les circuits, les procédés, les appellations, les logiciels et les appareils qui y sont mentionnés.
- Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil et doit toujours se trouver à proximité de celui-ci. L'observation stricte de ce mode d'emploi est une condition première pour assurer le bon fonctionnement et l'utilisation correcte de l'appareil ainsi que la sécurité de l'opérateur. C'est pourquoi vous devez lire ce mode d'emploi dans son intégralité.
- Ce mode d'emploi doit renseigner l'utilisateur sur l'utilisation normale, le fonctionnement, la façon de se servir de l'appareil, ainsi que de la nécessité de son entretien. Ce mode d'emploi n'est pas un manuel de formation.
- Le processus d'assurance de la qualité utilisé par SCHILLER correspond aux normes internationales ISO 9001 et ISO 13485.
- La reproduction totale ou partielle de la présente notice n'est autorisée qu'avec l'accord écrit de SCHILLER.

- Toute utilisation, non spécifiquement décrite dans cette notice, n'est pas prévue et peut présenter des risques.

Fabricant

SCHILLER Médical SAS
4, rue Louis Pasteur – BP 90050
F-67162 WISSEMBOURG Cedex
Tél. : + 33 (0)3.88.63.36.00
Fax : +33 (0)3.88.94.12.82
Email : info@schiller.fr
Site Internet : www.schiller-medical.com

Historique des versions		
Version	Date	Commentaire
01-01	24.04.2003	1ère édition
Août 2004	Août 2004	révision
September 2004	Septembre 2004	rajout de la langue allemande
March 2005	Mars 2005	rajout de la pile
April 2005	Avril 2006	modification de la pile
May 2005	Mai 2005	Correction page 20
May 2006	Mai 2006	Nouvelles recommandations ERC / AHA 2005
October 2007	Octobre 2007	Rajout version PRO
June 2008	Juin 2008	Nouvelle télécommande

2 Usage prévu

Le FRED easy TRAINER est un simulateur simple et économique du défibrillateur FRED easy réservé exclusivement à la formation. Il ne peut en aucun cas être utilisé en tant que défibrillateur classique et ne doit pas être relié à un patient. Il ne doit être utilisé qu'avec un mannequin. Il a été conçu pour former les utilisateurs du défibrillateur automatisé FRED easy de SCHILLER. L'appareil permet plusieurs simulations ou scénarios (de 0 à 8) afin de former à l'utilisation du FRED easy et de montrer que l'utilisateur a les connaissances requises pour l'utiliser en cas d'urgence. L'appareil permet également au formateur de travailler à l'aide d'une télécommande infrarouge pour sélectionner un scénario ou agir en temps réel sur le déroulement d'une intervention.

3 Caractéristiques

Le FRED easy TRAINER permet la délivrance **simulée** de chocs électriques. Il n'existe pas de haute tension dans l'appareil, la formation s'effectue ainsi sans risques.

Le FRED easy TRAINER peut être utilisé sur tous types de mannequins car il ne délivre aucun choc électrique, il n'est utilisable qu'avec les électrodes de formation commercialisées par SCHILLER.

Le FRED easy TRAINER peut être utilisé avec une télécommande infrarouge qui permet au formateur de commander les actions de formation.


Le FRED easy TRAINER possède 9 scénarios d'entraînement préenregistrés qui simulent des configurations réalistes d'arrêts cardiaques.

L'équipement de base d'un FRED easy TRAINER se compose :

- D'une pile alcaline 6 Volts ou d'une batterie rechargeable 6 Volts et d'un chargeur
- D'électrodes de formation à usage unique
- D'un câble réutilisable de raccordement des électrodes à l'appareil. Le connecteur du câble est doté d'un aimant permettant à l'appareil de détecter la présence des électrodes sans contact électrique.
- D'une télécommande.
Remarque : la télécommande est déjà programmée à la livraison.
- D'un folio DA (défibrillation automatique) repositionnable.

4 Eléments d'indication et de commande

4.1 Appareil




- 1 Touche verte de mise en marche et de sélection / sauvegarde pour la configuration de l'appareil
- 2 Logement pile / batterie
- 3 Télécommande.
- 4 Ecran LCD : affichage du temps écoulé, nombre de chocs simulés, autonomie de la pile / batterie, messages textes
- 5 Touche orange : simulation du choc (en fonction de la configuration de l'appareil)
- 6 Récepteur infrarouge des informations émises par la télécommande
- 7 Témoin vert de bon fonctionnement de l'appareil (simulation)
- 8 Voyant de défaut d'électrodes / sélection d'un scénario
- 9 Connecteur pour le câble de raccordement de l'appareil aux électrodes de formation
- 15 Emetteur infrarouge

Symboles apparaissant sur l'appareil

Symbol d'identification d'appareils électriques et électroniques.

Il est obligatoire de recycler les éléments de l'appareil séparément et de renvoyer les parties concernées aux centres de collecte et de recyclage disponibles.

Une élimination impropre peut nuire à l'environnement et à la santé publique, en raison de la présence de matières dangereuses dans les appareils électriques ou électroniques.

4.2 Electrodes et câble

- 10 Electrodes adhésives à usage unique

ATTENTION ! La fonction des électrodes n'est pas de relier électriquement le mannequin à l'appareil; elles sont isolantes. Il ne faut pas les utiliser comme électrodes de défibrillation avec le défibrillateur FRED easy.

- 11 Connecteur du câble (12) muni d'un aimant permettant à l'appareil de détecter la présence des électrodes

- 12 Câble de raccordement des électrodes à l'appareil

ATTENTION ! Le câble ne doit pas être utilisé avec le défibrillateur FRED easy

- 13 Disques à coller sur les pastilles autocollantes (14)

- 14 Pastilles autocollantes des électrodes

5 Sélection d'un scénario

5.1 Liste des scénarios disponibles

CNR	Choc non recommandé
CR	Choc recommandé
Pb élect	Problème d'électrode

Scénario 0	CNR
Scénario 1	CNR / CR
Scénario 2	CNR / CR / CNR
Scénario 3	CR
Scénario 4	CR / CNR
Scénario 5	CR / CNR / CR
Scénario 6	Pb élect / CR
Scénario 7	CR / Pb élect / CR
Scénario 8	CR / CR / CNR
Scénario 9	Fonction commande infrarouge

Remarque : La dernière étape du scénario est répétée indéfiniment.

5.2 Sélection d'un scénario

5.2.1 Sélection d'un scénario à l'aide de l'appareil

- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche verte (1). L'appareil fonctionne alors sur le scénario précédemment sélectionné.
- Mettre l'appareil en mode veille en appuyant quelques secondes sur la touche verte (1). L'appareil s'éteint, mais la diode (7) clignote.
- Appuyer simultanément sur les touches orange (5) et verte (1) afin de rentrer dans le menu de configuration.

Le menu de configuration s'affiche sur 2 écrans successifs de 4 lignes.

Le choix dans une ligne se fait à l'aide de la touche verte (1) et le passage à la ligne suivante se fait avec la touche orange (5).

- Ligne 1.1 : choix entre le fonctionnement en mode semi-automatique ou automatique de l'appareil.
Remarque : en mode automatique, positionner sur la face avant le folio livré avec l'appareil.
- Ligne 1.2 : cette ligne apparaît uniquement en mode semi-automatique : choix entre une analyse automatique ou manuelle.

- Ligne 1.3 : permet de passer à la page suivante du menu de configuration.
- Ligne 1.4 : Enregistrement de la configuration et sortie du menu (avec la touche verte).
- Ligne 2.1 : Activation de la fonction métronome
- Ligne 2.2 : cette ligne apparaît uniquement lorsque la fonction Métronome est activée : réglage de la fréquence du métronome.

La fréquence du métronome peut être réglée entre 80 et 150 p/min par pas de 5 p/min.

- Ligne 2.3 : choix parmi les 9 scénarios (0 à 8) ou la fonction commande infrarouge (scénario 9)
- Ligne 2.4 : Enregistrement de la configuration et sortie du menu (avec la touche verte).
- Sélectionnez de cette manière le scénario selon la configuration du FRED easy sur lequel vous voulez vous former. Validez le scénario choisi en appuyant sur la touche verte (1). L'appareil s'éteint alors et se met en mode veille. La diode verte (7) clignote pour informer l'utilisateur que l'appareil fonctionne normalement.

L'appareil peut alors être rallumé normalement; il fonctionnera selon le scénario sélectionné.

5.2.2 Sélection d'un scénario avec la télécommande

Le formateur a la possibilité de choisir un scénario avec la télécommande (en appuyant sur la touche de la télécommande correspondante au scénario) lorsque l'appareil est en mode veille (appareil éteint et diode verte clignotante). Les ordres sont émis par la commande infrarouge, et reçus par l'appareil à l'aide du récepteur (6) sur la face avant de celui-ci.

La diode orange (8) située sous le connecteur des électrodes clignote au moment de la sélection du scénario pour informer l'utilisateur que le scénario a bien été pris en compte par l'appareil.

L'appareil peut alors être allumé normalement; il fonctionnera selon le scénario sélectionné.

Lorsque l'appareil fonctionne selon le scénario 9, celui-ci attend ses ordres de la télécommande afin de changer d'état.

Par défaut, le choc est toujours recommandé dans ce scénario.

5.3 Description des fonctions associées aux touches de la télécommande

Remarque : la télécommande n'est active que lorsque le scénario 9 a été sélectionné.

Touche 0	Passage immédiat à l'étape suivante
Touche 1	Recommencer à l'étape d'analyse; remise à zéro des compteurs temps et nombre de chocs délivrés
Touche 2	Choc recommandé
Touche 3	Choc non recommandé
Touche 4	Le rythme a changé
Touche 5	Appuyer sur les électrodes (problème de contact)
Touche 6	Mouvements détectés. Arrêtez les mouvements.
Touche 7	Simulation de l'extinction de l'appareil avec diode verte (7) clignotante ATTENTION ! L'appareil est dans ce cas en mode veille. Appuyer sur la touche verte (1) pour rallumer l'appareil.
Touche 8	Pratiquer la RCP
Touche 9	Pause : le scénario en cours est interrompu : les informations sur l'écran sont gelées et la diode verte (7) ne clignote plus. Appuyer de nouveau sur la touche 9 pour continuer la formation.

Remarque : les touches 2 à 6 doivent être actionnées avant la fin de la phase d'analyse pour être prises en compte.

5.4 Extinction de l'appareil

Appuyer simultanément pendant quelques secondes sur les touches orange (5) et verte (1), puis les relâcher pour éteindre complètement l'appareil. Celui-ci ne consomme alors plus d'énergie.

ATTENTION :

L'appareil n'est totalement éteint que lorsque la diode verte ne clignote plus. Ne le laissez pas en mode veille, la batterie se viderait prématurément.

6 Consignes de sécurité

Les points suivants sont particulièrement à respecter :

- L'appareil est un appareil réservé exclusivement à la formation, il ne peut en aucun cas être utilisé pour la défibrillation.
- L'appareil s'utilise avec des électrodes de formation.
- La présente notice d'emploi décrit l'équipement complet du FRED easy TRAINER de formation, toutes options comprises.
- Toute utilisation non décrite dans cette notice n'est pas prévue et est interdite.
- L'utilisation d'accessoires de marques autres que SCHILLER se fera sous l'entièvre responsabilité de l'utilisateur.
- L'utilisateur doit parfaitement connaître le fonctionnement de l'appareil.
- Avant chaque utilisation, l'utilisateur doit s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement explosif.

7 Nettoyage et entretien

Les surfaces extérieures de l'appareil peuvent être nettoyées avec du coton imbibé d'alcool.

ATTENTION !

Risque de détérioration de l'appareil
N'utilisez en aucun cas des nettoyants à base de phénol ou
contenant des dérivés de peroxyde pour désinfecter les surfaces du
boîtier de l'appareil

Pour le nettoyage, la batterie ou la pile doivent être retirées de l'appareil. Aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil ; si toutefois le cas se présente, l'appareil doit être nettoyé et une vérification complète s'impose.

8 Maintenance et recyclage à la fin de la durée de vie

Faire une vérification de la fonction de l'appareil une fois par an.

Le recyclage de l'appareil et de ses accessoires à la fin de leur durée d'utilisation doit être fait conformément à la réglementation locale en vigueur.

Il est obligatoire de recycler les éléments de l'appareil séparément et de renvoyer les parties concernées aux centres de collecte et de recyclage disponibles.

Mis à part la batterie et la pile enfichables, l'appareil ne contient pas de matières dangereuses et peut donc être recyclé comme n'importe quel appareil électronique.

9 Caractéristiques techniques

- Mode de fonctionnement : formation à la défibrillation semi-automatique et automatique
- Alimentation :

Pile alcaline 6 Volts composée de 4 piles alcalines LR6 1,5 V

ATTENTION !
Ne pas enficher la pile dans le chargeur de batterie !
Ne pas enficher la pile dans le défibrillateur FRED easy !



Batterie rechargeable NiCd 6 Volts 650 mAh

ATTENTION !
Ne pas enficher la batterie dans le défibrillateur FRED easy !



ATTENTION !

RISQUE DE DETERIORATION DE L'APPAREIL :

Ne pas enficher la pile ou la batterie 12V du défibrillateur FRED easy dans l'appareil de formation FRED easy TRAINER !

Chargeur de batterie 100–240 VAC, 50-60 Hz
Puissance max. absorbée sur le secteur :
35 VA
Classe : II
Temps de charge d'une batterie vide : 1 h



Support Batterie

- Témoin Batterie sur l'écran, de 1 à 100% correspondant à la plage de tension batterie / pile : de 4,5 Volts minimum à 6 Volts, batterie / pile pleine.



- Courrant consommé par l'appareil : 35 mA sans paroles; env. 250 mA avec paroles.

- Détection de la présence des électrodes par un aimant placé dans le connecteur du câble de raccordement.

9.1 Conditions physiques d'environnement

- Transport / stockage :

Température : – 30 à + 50°C

Taux d'humidité relative : 30 à 95 %, sans condensation

Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa

- Service :

Température : 0 à + 50 °C

Taux d'humidité relative : 30 à 95 %, sans condensation

Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa

Dimensions et poids

Largeur	230 mm
Profondeur	220 mm
Hauteur	70 mm
Poids	< 1 kg

10 Garantie

SCHILLER garantit ses appareils à l'acheteur contre tout défaut de matière ou de fabrication durant une période d'un an à partir de la date d'achat par l'acheteur d'origine. Durant cette période d'un an, SCHILLER, dès réception du matériel présentant un défaut de matière ou de fabrication, renvoyé avec notification par écrit du défaut, réparera ou remplacera les pièces défectueuses ou le produit entier si nécessaire.

Tous les frais de port, d'expédition ou de manutention sont à la seule charge de l'utilisateur.

Le fournisseur mettra à disposition, sur demande, les schémas des circuits, les listes des composants, les descriptions, les consignes d'étalonnage ou toute autre information utile au personnel technique qualifié de l'utilisateur pour réparer les parties de l'appareil que le constructeur a classé «réparables». Cette mise à disposition n'est en aucun cas une autorisation ou une habilitation à effectuer des modifications ou des réparations sur les appareils.


Tous droits sont réservés pour les appareils, les circuits, les procédés et les appellations qui y sont mentionnés.

SCHILLER ne sera pas responsable dans cette garantie d'aucun dommage accessoire ou indirect ou au cas où des réparations, modifications non autorisées aient été effectués ou entreprises ou lorsque le produit ou tout ou partie de celui-ci a été endommagé par accident, mauvaise utilisation, mauvais traitement. Cette garantie ne couvre pas les piles, l'usure normale, les taches ou tout autre irrégularité d'apparence qui n'empêche ou ne diminue pas la performance du matériel.

11 Accessoires

Référence	Désignation
6-90-0053	Boîtier pour piles alcalines (sans piles)
53108	Lot de 4 piles alcalines LR6 1,5 Volts
4-07-0010	Batterie rechargeable NiCd 6 Volts, 650 mAh
3-55-0030	Chargeur pour batterie NiCd 6 Volts, 100-240 Volts AC 50-60 Hz, connecteur Europe
0-21-0006	Câble réutilisable pour électrodes de formation 0-21-0005. Longueur : 2 m
0-21-0005	Electrodes autocollantes de formation (10 jeux de 2 électrodes) à usage unique
0-99-0004	Télécommande prête à l'emploi, livrée avec piles
9-73-0000	Lot de 4 piles alcalines LR3 1,5 Volts pour la télécommande
6-06-0012	Folio repositionnable version Défibrillation Automatique

12 Algorithme général



Remarques :


- **≤ 1 ⏱ 20 seconds** = Texte 1 répété toutes les 20 secondes
- Rem 1 : L'état "PRESS ANALYSE" (texte 2) est court-circuité si l'analyse est configurée en automatique ou si l'appareil fonctionne en mode défibrillation automatique.
- Rem 2 : Les textes 14, 15 et 16 sont uniquement utilisés si l'appareil fonctionne en mode défibrillation automatique.

13 Textes parlés et affichés

	Textes parlés	Textes affichés
1	Coller les électrodes comme indiqué sur le thorax rasé et sec.	COLLEZ LES ELECTRODES
2	Pour analyse, appuyez sur la touche verte.	POUR ANALYSE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE VERTE
3	Ne touchez pas le patient, analyse en cours.	NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT ANALYSE EN COURS
4	Choc recommandé. Ne touchez pas le patient. Charge en cours.	NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT CHARGE
5	Ne touchez pas le patient. Appuyez sur la touche choc orange.	APPUYEZ SUR LA TOUCHE CHOC ORANGE
6	Choc non recommandé.	CHOC NON RECOMMANDÉ
7	Le rythme a changé.	LE RYTHME A CHANGE
8	Pratiquez alternativement 30 massages cardiaques et 2 ventilations jusqu'à réapparition de signes de circulation.	PRATIQUEZ 30 MASSAGES ET 2 VENTILATIONS
9	Mouvements détectés. Arrêtez les mouvements.	MOUVEMENTS DETECTES ARRETEZ LES MOUVEMENTS
10	Appuyez sur les électrodes.	APPUYEZ SUR LES ELECTRODES
14	Attention ! Le choc va être délivré. 5 - 4 - 3 - 2 - 1.	ATTENTION ! CHOC
15	N'utilisez ce défibrillateur que si le patient est inconscient. S'il est conscient, éteignez le défibrillateur.	
16	Ne touchez pas le patient, une analyse va être effectuée.	NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT

14 Algorithme version PRO

La version PRO est reconnaissable lors de la mise en marche de l'appareil. La mention "PRO" apparaît à la suite de la version de logiciel de l'appareil.



15 Textes parlés et affichés (version PRO)

	Textes parlés	Textes affichés
1	Connecter les électrodes.	COLLEZ LES ELECTRODES
2	Pour analyse, appuyez sur la touche verte.	POUR ANALYSE, APPUYEZ SUR LA TOUCHE Verte
3	Ne touchez pas le patient, analyse en cours.	NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT ANALYSE EN COURS
4	Choc recommandé. Ne touchez pas le patient. Charge en cours.	NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT CHARGE
5	Ecartez-vous. Ne touchez pas le patient. Appuyer pour choc.	APPUYEZ SUR LA TOUCHE CHOC ORANGE
6	Choc non recommandé. Vérifiez la présence du pouls.	CHOC NON RECOMMANDÉ
7	Le rythme a changé.	LE RYTHME A CHANGE
8	Continuez la RCP	PRATIQUEZ 30 MASSAGES ET 2 VENTILATIONS
9	Mouvements détectés. Ne touchez pas le patient, analyse en cours.	MOUVEMENTS DETECTÉS ARRETEZ LES MOUVEMENTS
10	Appuyez sur les électrodes.	APPUYEZ SUR LES ELECTRODES
14	Attention ! Le choc va être délivré. 5 - 4 - 3 - 2 - 1.	ATTENTION ! CHOC
15	N'utilisez ce défibrillateur que si le patient est inconscient. S'il est conscient, éteignez le défibrillateur.	
16	Ne touchez pas le patient, une analyse va être effectuée.	NE TOUCHEZ PAS LE PATIENT
17	Sans pouls, pratiquez la RCP	SANS POULS PRATIQUEZ LA RCP
18	Vérifiez la présence du pouls	VERIFIEZ LA PRESENCE DU POULS

1 General points

The FRED easy TRAINER device bears the CE mark in accordance with Directive 93/42/EEC relating to medical devices, and fulfils the fundamental requirements of Appendix I of that Directive.

- The device complies with standard EN 55011 class B.
- The safety of the user and trouble free device operation shall only be guaranteed when original SCHILLER parts are correctly used. Further, only the accessories mentioned in these instructions for use or accessories that have been expressly authorised by SCHILLER may be used. If the device becomes damp as a result of temperature variations, it may only be put back into service once it is completely dry.
- The manufacturer shall not be held liable for the safety, reliability and performance of the device if:
 - Assembly, extensions, adjustments, modifications or repairs are not performed by the manufacturer or by personnel authorised by the manufacturer.
 - The electrical installation of the premises of use does not comply with locally applicable regulations.
 - The device is not used in accordance with the instructions for use.
- The manufacturer may supply, on request, circuit diagrams, lists of components, descriptions, calibration instructions or any other information, for use by the qualified technical personnel of the user for repairing such parts of the device as have been stated to be repairable by the manufacturer. Such supply shall not in any case constitute permission or approval to modify or repair the device.
- This document describes a device type that complies with the safety standards applicable at the time of printing. SCHILLER reserves all rights to the circuits, processes, names, software and devices mentioned in these instructions for use.
- The user guide is an integral part of the device and should always be kept near the device. Close observance of the information given in the user guide is a prerequisite for using the device as intended for and correct operation and ensures operator safety. Therefore, be sure to read the complete user guide.
- The user guide informs the device operator about the intended use, exact function, operation and required preventive maintenance. It is not a substitute for a product training.
- The quality assurance process used by SCHILLER is in compliance with international standards ISO 9001 and ISO 13485.
- No part of these instructions for use may be reproduced without the written permission of SCHILLER.
- This device is not designed for any use other than that specifically described in this manual. Such use may be hazardous

Manufacturer

SCHILLER Médical SAS
4, rue Louis Pasteur – BP 90050
F-67162 WISSEMBOURG Cedex
Tel: +33 (0)3.88.63.36.00
Fax: +33 (0)3.88.94.12.82
E-mail: info@schiller.fr
Internet site: www.schiller-medical.com

Revision history:		
Version	Date	Comment
01-01	24.04.2003	1st issue
Août 2004	August 2004	1st revision
September 2004	September 2004	Addition of German version
March 2005	March 2005	Addition of alkaline battery
April 2005	April 2005	Modification of alkaline battery
May 2005	May 2005	Correction on side 20
May 2006	May 2006	New guidelines ERC / AHA 2005
October 2007	October 2007	Addition of AD folio
June 2008	June 2008	New remote control

2 Intended use

The FRED easy TRAINER is a simple cost-effective simulator of the FRED easy that is designed to be used exclusively for training. In no event may it be used as a conventional defibrillator. It should not be connected to a patient. It should only be used on a mannequin. It has been designed for the purpose of training users of SCHILLER's FRED easy automated defibrillator. The device provides several simulations or scenarios (from 0 to 8) that aim to help to familiarise with the FRED easy and shows that the users have the knowledge required to use it in case of emergency. The device also allows the trainer to work using an infrared remote control to select a scenario or to intervene in real time on the course of an intervention.

3 Characteristics

The FRED easy TRAINER allows the **simulated** delivery of electric shocks. There is no high voltage in the device, and training is risk free.

The FRED easy TRAINER may be used on all types of mannequins as it does not deliver an electric shock. It may only be used with the training electrodes sold by Schiller.

The FRED easy TRAINER may be used with an infrared remote control. The remote control allows the trainer to control the training actions.


The FRED easy TRAINER has 9 pre-recorded training scenarios which simulate realistic cardiac arrest configurations.

The basic equipment of the FRED easy TRAINER consists of :

- 1 rechargeable 6 Volts battery and a battery charger or 1 alkaline 6 Volts battery
- Training electrodes consisting of a single use set of 2 electrodes and a reusable cable. The connector of the cable is fitted with a magnet allowing the device to recognise the presence of the electrodes in the device without any electrical contact
- 1 remote control
Note: The remote control is programmed at delivery and ready for use.
- 1 AD (automatic defibrillation) repositionable folio.

4 Display and controls

4.1 Device




- 1 Green On / Off button and for selection and save of the configuration
- 2 Battery housing
- 3 Remote control ; only the keys 0 to 9 are used
- 4 LCD display : displaying of elapsed time, number of shocks simulated, battery autonomy, text messages
- 5 Orange button for shock simulation according to the configuration of the device
- 6 Infrared receiver
- 7 Green diode for correct operation simulation
- 8 Orange diode for electrode fault simulation and scenario selection by remote control
- 9 Connector for connecting cable of the training electrodes
- 15 Infrared transmitter

Symbols used on the device

Symbol for recognition of electrical and electronic equipment.

The device must be disposed of in a municipality approved collection point or recycling centre when it is no longer required.

Improper disposal harms the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electrical and electronic equipment.

4.2 Electrodes and cable

- 10 Adhesive training electrodes; single use
CAUTION! : The electrodes are not designed to connect a patient electrically to the device; they are isolated. Don't use them with the defibrillator FRED easy!
- 11 Connector of the cable with a magnet to recognise the electrodes
- 12 Connection cable between electrodes and device
CAUTION! : The cable doesn't be used with the defibrillator FRED easy!
- 13 Discs of the cable to stick on the electrodes
- 14 Self adhesive discs of the electrodes

5 Scenario selection procedure

5.1 List of scenarios

SNR Shock not recommended
SR Shock recommended
Elect prob Electrode problem

Scenario 0	SNR
Scenario 1	SNR / SR
Scenario 2	SNR / SR / SNR
Scenario 3	SR
Scenario 4	SR / SNR
Scenario 5	SR / SNR / SR
Scenario 6	Elect prob / SR
Scenario 7	SR/ Elect prob / SR
Scenario 8	SR / SR / SNR
Scenario 9	Infrared control function

Note : the last step of each scenario is indefinitely repeated.

5.2 Selection of a scenario

5.2.1 Selection of a scenario on the device

- Press the green button (1) to switch the device on. It functions with the last selected scenario.
- Place the device on standby mode by pressing the green button (1) for a few seconds. The green diode (7) flashes.
- Press at first the orange button (5), keep it pressed and press then the green button (1) to access in the configuration menu.

The configuration menu is displayed on 2 successive screens of 4 lines.

The choice in a row is done using the green button (1) and the transition to the next line is done with the orange key (5).

- Line 1.1: choice between the semi-automatic operation mode and the automatic operation mode of the device.
Note: in automatic operation mode, position on the front plate the folio delivered with the device.
- Line 1.2: this line appears only in semi-automatic mode: choice between automatic or manual analysis start.
- Line 1.3: You can go to the next page of the menu.
- Line 1.4: Saving the configuration and exit the menu (with the green button).

- Line 2.1: Activating the metronome function
- Line 2.2: this line appears only when the metronome function is activated: adjusting the frequency of the metronome.
The frequency of the metronome can be set between 80 and 150 p/min by steps of 5 p/min.
- Line 2.3: choice among the 9 scenarios (0 to 8) or infrared function (scenario 9).
- Line 2.4: Saving the configuration and exit the menu (with the green button).
- Select in this way the scenario according to the configuration of the FRED easy which you wish to use for training. Validate your selection by pressing the green button (1). The device then switches off and goes in standby mode. The green diode (7) flashes to inform the user that the device is operating normally.

The device can then be switched on normally and it will operate according to the selected scenario.

5.2.2 Selection of a scenario with the infrared remote control

The trainer has the possibility to select a scenario with the remote control (by pressing the button on the remote control corresponding to the selected scenario) when the device is in the standby mode (device off and green diode is flashing).

The orange diode (8) under the electrode connector flashes in the moment of the scenario selection to inform the user that the scenario has been taken in account by the device.

The device can then be switched on normally and it will operate according to the selected scenario.

In the case of the selection of scenario number 9, the device waits for the remote control's orders to change its status. If the device doesn't receive orders from the remote control, the shock will always be recommended like in scenario 3.

5.3 Description of the functions associated with keys on the infrared remote control

Key 0	Immediate move to the next step
Key 1	Restart at the analysis step; reset of the counters of time and number of delivered shocks
Key 2	Shock recommended
Key 3	Shock not recommended
Key 4	The rhythm has changed
Key 5	Press on the electrodes (bad contact)
Key 6	Movement detected. Stand clear.
Key 7	Simulation of device off and green diode (7) is flashing CAUTION! The device is now in the standby mode. Press on the green button (1) to switch the device on.
Key 8	Resume CPR
Key 9	Pause: the current scenario is interrupted: the display is frozen and the green diode (7) does not flash. Press again on key 9 to continue the training

Note: The keys 2 to 6 should be activated before the end of the analysis phase to be taken in account.

5.4 To switch the device off

Press at the same time for a few seconds the orange button (5) and the green button (1), then slacken them to switch the device completely off. It is then no longer consuming energy.

CAUTION:

The device is only completely switched off when the green diode is no longer flashing. Do not leave it in standby mode, as this empties the battery unnecessarily.

6 Safety instructions

The following points shall be specially respected:

- The device has been designed for training purposes **only**. It may in any case not be used for defibrillation.
- The device is used with training electrodes.
- These instructions for use describe the complete FRED easy TRAINER device with all its optional features.
- The device is not designed for any use other than that described in these instructions. Such use is forbidden.
- The user shall be entirely responsible for use of other accessories than from SCHILLER.
- The user must be familiar with the functioning of the device.
- Before each use, the user must ensure the device is working correctly.
- The device is not designed for use in areas where an explosion hazard may occurs

7 Cleaning and maintenance

The outer surfaces of the device may be cleaned with cotton wool moistened with alcohol.

CAUTION!

Risk of damage to the device.

Never use phenol based cleaning agents or agents containing peroxide derivatives to disinfect the surfaces of the device housing

During cleaning, the batteries must be removed from the device. No liquid may be allowed to enter the device. If liquid does penetrate into the device, clean the device and have it verified completely.

8 Servicing and disposal at the end of the service life

Check the device performance once a year.

At the end of its service life, the device and the accessories must be disposed of in compliance with the local regulations.

It is mandatory to recycle the parts of the device separately and return them to the available collection and recycling centres.

Apart from the plug-in battery, the device does not contain hazardous material and can be disposed of like any other electronic equipment.

9 Specifications

- Operating mode: training in semi-automatic and automatic defibrillation
- Power supply:

Alkaline battery 6 Volts composed of 4 alkaline batteries LR6 1,5 V

CAUTION!
Do not recharge! Do not put in the charger!
Do not use the battery in the defibrillator FRED easy!



Rechargeable Ni /Cd battery 6 Volts, 650 mAh

CAUTION!
Do not use the battery in the defibrillator FRED easy!



ATTENTION!

RISK OF DETERIORATION OF THE DEVICE:

Do not plug the 12V battery of the defibrillator FRED easy in the training device FRED easy TRAINER!

Battery charger 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,35A max ; Class II ; Charge time of an empty battery : 1h



- 1 to 100% on-screen battery indicator corresponding to the battery voltage range from 4.5 Volts minimum to 6 Volts.



- Power consumption of the device: 35 mA without voice; approximately 250 mA with voice.
- Detection of electrode presence by means of a magnet placed in the connector of the connecting cable for the training electrodes.

9.1 Physical and environment requirements

- Transport /storage:

Temperature: – 30...+ 50°C

Relative humidity rate: 30...95 %, without condensation

Atmospheric pressure: 500...1060 hPa

- Operation:

Temperature: 0...+ 50 °C

Relative humidity rate: 30...95 %, without condensation

Atmospheric pressure: 700...1060 hPa

Dimensions and weight

Width	230 mm
Depth	220 mm
Height	70 mm
Weight	< 1 kg

10 Warranty

SCHILLER guarantees its devices to the purchaser against all material or manufacturing defects for a period of one year as from the original purchase date. During this one-year period, SCHILLER, as soon as it receives a device presenting a material or manufacturing defect returned accompanied by written notification of the defect, will repair or replace the defective parts or the complete product if necessary.

All postal, shipping or handling costs will be borne exclusively by the user.

The manufacturer shall supply, on request, circuit diagrams, lists of components, descriptions, calibration instructions or any other information, for use by the qualified technical personnel of the user for repairing such parts of the device as have been stated to be repairable by the manufacturer. Such supply shall not in any case constitute permission or approval to modify or repair the devices.


All rights are reserved for the circuits, processes and names mentioned in these instructions for use.

SCHILLER shall not be held liable as a result of this warranty for any secondary or indirect damage, or in the event of unauthorised repairs or modifications having been made or undertaken, or when the whole or a part of the product has been damaged by accident, incorrect use or deliberate misuse. This warranty does not cover the battery, normal wear and tear, marks or any other irregularity of appearance which does not prevent or hinder the performance of the device.

11 Accessories

Part Number	Designation
6-90-0053	Case for 4 alkaline batteries (without batteries)
53108	Set of 4 alkaline batteries 1,5 Volt LR6
4-07-0010	Rechargeable NiCd 6 Volts battery
3-55-0030	Charger for 6 Volts NiCd battery, 100-240 VAC, 50-60 Hz Europe
0-21-0006	Reusable cable for training electrodes 0-21-0005. Length: 2 m.
0-21-0005	Adhesive training electrodes (10 sets of 2 electrodes), single use.
0-99-0004	Remote control, ready for use.
9-73-0000	Set of 4 alkaline batteries 1,5 Volt LR3 for the remote control.
6-06-0012	Repositionable Automatic Defibrillation folio.

12 General algorithm



Note :

◀ 1 ⏸ 20 seconds = Text 1 repeated every 20 seconds

Rem 1: The step "PRESS ANALYSE" (text 2) is cancelled if the analyse is automatic or if the device functions in the automatic mode.

Rem 2: The texts 14, 15 and 16 are only present when the device operates in the automatic mode.

13 Spoken and displayed texts

	Spoken text	Displayed text
1	Place electrodes on chest and plug into machine.	PLACE ON ELECTRODES PLUG INTO MACHINE
2	Press green button.	PRESS GREEN BUTTON
3	Do not touch the patient, analysing.	DO NOT TOUCH THE PATIENT ANALYSING
4	Do not touch the patient, charging.	DO NOT TOUCH THE PATIENT CHARGING
5	Stand clear of patient, press orange button.	PRESS ORANGE BUTTON TO SHOCK
6	No shock advised	NO SHOCK ADVISED
7	Heart rhythm has changed.	RHYTHM HAS CHANGED
8	Immediately resume CPR. 30 chest compressions then 2 rescue breaths; continue until patient is breathing normally.	30 CHEST COMPRESSIONS THEN 2 RESCUE BREATHS
9	Movement detected. Stand clear.	MOVEMENT DETECTED STAND CLEAR
10	Check the electrodes.	CHECK THE ELECTRODES
14	Warning! Shock will be delivered 5-4-3-2-1.	WARNING! SHOCK
15	Make sure the patient is unresponsive. If not, switch unit off.	MAKE SURE THE PATIENT IS UNRESPONSIVE. IF NOT SWITCH UNIT OFF.
16	Do not touch the patient, analysis will begin	DO NOT TOUCH THE PATIENT ANALYSIS WILL BEGIN

1 Allgemeine Hinweise

- Das Produkt FRED easy TRAINER trägt die CE-Kennzeichnung gemäss der EU-Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte und erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I dieser Richtlinie.
- Das Gerät entspricht der Norm EN 55011, Klasse B.
- SCHILLER kann die Sicherheit des Benutzers und das reibungslose Funktionieren des Geräts nur garantieren, wenn das Gerät sowie die in die Garantie eingeschlossenen SCHILLER Zubehörteile sachgemäß eingesetzt werden. Mit dem Gerät dürfen nur Zubehörteile verwendet werden, die in dieser Gebrauchsanweisung genannt werden oder von SCHILLER ausdrücklich genehmigt werden. Ein Gerät, das infolge Temperaturschwankungen feucht geworden ist, darf erst nach vollständigem Trocknen wieder in Betrieb genommen werden.
- Der Hersteller lehnt jede Verantwortung bezüglich Sicherheit, Zuverlässigkeit und Eigenschaften des Geräts ab, wenn:
 - die Montage, Erweiterungen, Einstellungen, Änderungen oder Reparaturen nicht von ihm oder von ihm dazu ermächtigten Personen ausgeführt worden sind
 - die elektrischen Installationen am Einsatzort nicht den Vorschriften des Landes entsprechen
 - das Gerät nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird
- Der Hersteller stellt auf Anfrage Schaltdiagramme, Stücklisten, Beschreibungen, Kalibrieranweisungen und andere Informationen zur Verfügung, die das technische Fachpersonal des Benutzers für Reparaturen an als vom Hersteller "reparierbar" klassifizierten Geräteteilen benötigt. Der Erhalt dieser Informationen gilt jedoch nicht als Ermächtigung, Änderungen oder Reparaturen am Gerät vorzunehmen.
- Dieses Dokument entspricht dem Gerätetyp und erfüllt die zum Zeitpunkt der Drucklegung geltenden Sicherheitsbestimmungen. Alle Schutzrechte für genannte Schaltungen, Verfahren, Namen, Softwareprogramme und Geräte sind vorbehalten.
- Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Gerätes und jederzeit in Gerätenähe bereitzuhalten. Das genaue Befolgen dieser Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren und die richtige Bedienung des Gerätes sowie die Sicherheit des Benutzers. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung deshalb vollständig durch.
- Diese Gebrauchsanweisung soll den Betreiber des Gerätes über den bestimmungsgemäßen Gebrauch, die genaue Funktion, die Bedienung und die erforderlichen Wartungsmassnahmen informieren. Sie ist nicht dazu gedacht, Benutzer in der Bedienung zu schulen.
- Das bei SCHILLER angewandte Qualitätssicherungssystem entspricht den internationalen Normen ISO 9001 und ISO 13485.
- Der Nachdruck dieser Gebrauchsanweisung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung von SCHILLER gestattet.
- Die Benutzung des Geräts außerhalb der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Vorgehensweise ist nicht vorgesehen und kann mit Risiken verbunden sein.

Hersteller

SCHILLER Médical SAS
4, rue Louis Pasteur – BP 90050
F-67162 WISSEMBOURG Cedex
Tel: + 33 (0)3.88.63.36.00
Fax: +33 (0) 3.88.94.12.82
E-Mail :info@schiller.fr
Web:www.schiller-medical.com

Versionshistorie		
Version	Datum	Kommentar
01-01	24 April 2003	1. Ausgabe
August 2004	August 2004	Überarbeitete Ausgabe
September 2004	September 2004	Deutsche Version hinzugefügt
March 2005	März 2005	Alkaline Batterie hinzugefügt
April 2005	April 2005	Änderung Gehäuse der Alkaline Batterie
May 2005	Mai 2005	Korrektur Seite 20
May 2006	Mai 2006	Neue AHA / ERC Richtlinien
October 2007	Oktober 2007	AD Folie hinzugefügt
June 2008	Juni 2008	Neue Fernbedienung

2 Verwendungszweck

Der FRED easy TRAINER ist ein einfacher und kostengünstiger Simulator des Defibrillators FRED easy und dient ausschließlich Schulungszwecken. Das Gerät ist für die Defibrillation ungeeignet und darf nicht an einen Patienten angeschlossen werden. Es darf nur mit einer Schulungspuppe benutzt werden. Es dient zur Schulung von Benutzern des halbautomatischen oder automatischen Defibrillators FRED easy von SCHILLER. Das Gerät kann verschiedene Szenarien (0 bis 8) simulieren, um die Auszubildenden mit dem FRED easy vertraut zu machen und um ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem Gerät zu testen. Das Gerät verfügt außerdem über eine Fernbedienung, die es dem Ausbilder ermöglicht, den Ablauf eines Vorfalls in einem Szenario realistisch zu simulieren. Die Fernbedienung ermöglicht auch ein Szenario zu wählen.

3 Eigenschaften

Mit dem FRED easy TRAINER kann die Schockabgabe **simuliert** werden. Da im Gerät keine Hochspannung besteht, ist die Schulung risikolos.

Da kein elektrischer Schock abgegeben wird, kann der FRED easy TRAINER an jeder Art von Schulungspuppen angewendet werden, jedoch nur mit Original-Schulungselektroden von SCHILLER.


Der Ausbilder kann die Schulungsszenarien über eine Infrarot-Fernbedienung steuern. Im FRED easy TRAINER sind 9 Schulungsszenarien, die realistische Situationen mit Herzstillstand simulieren, vorprogrammiert.

Zur Standardausrüstung des FRED easy TRAINERS gehören:

- Ein Akku 6 Volt und ein Akkuladegerät oder eine 6 Volt Alkaline Batterie
- Ein Schulungselektroden-Set
- Ein wieder verwendbares Verbindungskabel der Elektroden zum Gerät. Der Stecker des Kabels ist mit einem Magnet ausgerüstet, mit dem das Gerät die Elektroden erkennt, ohne dass ein elektrischer Kontakt zur Schulungspuppe besteht.
- Eine Fernbedienung.
Bemerkung: Die Fernbedienung ist bei der Lieferung schon programmiert und zur Bedienung bereit.
- Eine wiederaufklebbare AD (Automatische Defibrillation) Folie.

4 Anzeige- und Bedienungselemente

4.1 Gerät




- 1 Grüne Taste : Ein / Ausschalten des Gerätes, Wahl eines Szenarios
- 2 Batterie / Akku Fach
- 3 Fernbedienung (nur die Tasten 0 bis 9 werden verwendet)
- 4 LCD Bildschirm : Darstellung von Ablaufzeit, Anzahl der simulierten Schocks, Batteriestatus, Anzeigetexte.
- 5 Orange Taste : Schocksimulierung, gemäss Einstellung des Gerätes
- 6 Infrarot Empfänger der Daten die von der Fernbedienung gesendet werden
- 7 Grünes Blinklicht : Anzeige für Betriebsbereitschaft (Simulation)
- 8 Oranges Licht : Anzeige von Elektroden-Fehler oder Szenario Wahl
- 9 Stecker für das Anschlusskabel der Schulungselektroden
- 15 Sender der Fernbedienung

Verwendete Symbole am Gerät

Symbol für die Erkennung von Elektro und Elektronikgeräten.

Sie sind verpflichtet das Gerät getrennt zu sammeln und den entsprechenden zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme zuzuführen.

Eine nicht sachgemäße Entsorgung gefährdet die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen in Elektro und Elektronikgeräten bedingt sind.

4.2 Elektroden und Kabel

- 10 Klebeeletroden (einmal verwendbar)
ACHTUNG! Die Elektroden bilden keinen elektrischen Kontakt zur Schulungspuppe; sie sind isolierend. Die Elektroden nicht mit einem FRED easy Defibrillator benutzen!
- 11 Stecker des Elektrodenkabels, mit einem Magnet versehen zur Erkennung der Elektroden.
ACHTUNG! Der simulierte gute Kontakt der Elektroden wird nur durch den eingesteckten Stecker erkannt.
- 12 Verbindungskabel Gerät-Elektroden (wieder verwendbar)
ACHTUNG! Das Verbindungskabel nicht mit einem Defibrillator FRED easy benutzen!
- 13 Platten des Kabels die auf die Scheiben (14) zu kleben sind
- 14 Selbstklebende Scheiben der Elektroden auf die die Platten (13) des Kabels aufgeklebt werden

5 Wahl eines Szenarios

5.1 Liste der verfügbaren Szenarien:

SNE Schock nicht empfohlen
SE Schock empfohlen
El.-Pb Elektrodenproblem

Szenario 0	SNE
Szenario 1	SNE / SE
Szenario 2	SNE / SE / SNE
Szenario 3	SE
Szenario 4	SE / SNE
Szenario 5	SE / SNE / SE
Szenario 6	El.-Pb / SE
Szenario 7	SE / El.-Pb / SE
Szenario 8	SE / SE / SNE
Szenario 9	Steuerung über die Fernbedienung

Bemerkung: die letzte Etappe der Szenarien wird unendlich wiederholt

5.2 Wahl eines Szenarios

5.2.1 Wahl eines Szenarios mit dem Gerät

- Durch Betätigen der grünen Taste (1) wird das Gerät mit dem zuvor ausgewählten Szenario eingeschaltet.
- Versetzen Sie das Gerät in den Stand-by Modus, indem Sie die grüne Taste (1) einige Sekunden lang gedrückt halten. Die grüne Lampe (7) blinkt.
- Öffnen Sie das Konfigurationsmenü, indem Sie gleichzeitig die orange Taste (5) und die grüne Taste (1) drücken.

Das Konfigurationsmenü erscheint auf 2 nachfolgenden Bildschirmen von 4 Zeilen. Die Wahl in einer Zeile erfolgt durch die grüne Taste (1); der Übergang in die nächste Zeile erfolgt mit der orangen Taste (5).

- Zeile 1.1: Wahl zwischen dem halbautomatischen oder dem automatischen Gerät.
Bemerkung: im automatischen Betrieb die mit dem Gerät gelieferte Folie auf die Frontseite kleben.
- Zeile 1.2: (nur mit halbautomatischem Gerät): Wahl zwischen manuellem oder automatischem Start der Analyse.
- Zeile 1.3: ermöglicht den Übergang zur nächsten Seite des Konfigurationsmenüs.
- Zeile 1.4: Konfiguration speichern und Menü verlassen (mit der grünen Taste).

- Zeile 2.1: Aktivierung der Metronom Funktion.
- Zeile 2.2: Diese Zeile erscheint nur, wenn die Metronom-Funktion aktiviert ist: Einstellung der Frequenz des Metronoms.
Die Frequenz des Metronoms kann zwischen 80 und 150 P/min in Schritten von 5 P/min eingestellt werden.
- Zeile 2.3: Wahl eines der 9 Szenarien (0 bis 8) oder Steuerung über die Fernbedienung (Szenario 9)
- Zeile 2.4: Konfiguration speichern und Menü verlassen (mit der grünen Taste).
- Wählen Sie, abhängig von der Konfiguration des FRED easy's, der in der Schulung besprochen wird, die verschiedenen Parameter auf dem FRED easy TRAINER. Nach der Speicherung der Konfiguration schaltet sich das Gerät aus und geht in den Stand-by Modus (die grüne Lampe (7) blinkt um die Bereitschaft des Geräts anzuzeigen)

Der Anwender kann jetzt das Gerät normal einschalten; dieses funktioniert nach dem gewählten Szenario.

5.2.2 Wahl eines Szenarios mit der Fernbedienung

Der Ausbilder hat die Möglichkeit ein Szenario mit der Fernbedienung zu wählen indem man auf die entsprechende Taste drückt, wenn das Gerät im Stand-by Modus ist (Gerät aus und grüne Lampe (7) blinkt).

Das orangefarbene Licht (8) unter dem Elektroden-Stecker blinkt im Moment der Wahl des Szenarios, um den Benutzer zu informieren dass das Szenario vom Gerät registriert wurde.

Der Anwender kann jetzt das Gerät normal einschalten; dieses funktioniert nach dem gewählten Szenario.

Wenn das Szenario 9 gewählt wurde, wartet das Gerät nach Einschalten auf die Befehle der Fernbedienung; ansonsten funktioniert es nach dem Szenario 3 (immer Schock empfohlen).

5.3 Funktion der Tasten der Fernbedienung

Bemerkung: die Fernbedienung ist nur aktiv wenn das Szenario 9 gewählt wurde.

Taste 0	Direkt weiter zum nächsten Schritt
Taste 1	Zurück zur Analyse; Zeit und Schock - Zähler werden zurückgesetzt
Taste 2	Schock empfohlen
Taste 3	Schock nicht empfohlen
Taste 4	Der Herzrhythmus hat sich geändert
Taste 5	Elektroden fest andrücken (Kontaktproblem)
Taste 6	Patienten nicht bewegen.
Taste 7	Simulieren des Ausschalten des Gerätes; die grünen Lampe (7) blinkt ACHTUNG ! Das Gerät ist in Wirklichkeit im Stand-by Modus. Drücken Sie auf die grüne Taste (1) um das Gerät wieder einzuschalten.
Taste 8	Reanimation durchführen
Taste 9	Pause: das laufende Szenario wird unterbrochen, die Anzeigen auf dem Bildschirm werden gefroren, die grüne Lampe (7) blinkt nicht mehr. Wieder auf die Taste 9 drücken um weiterzufahren.

Hinweis: Die Tasten 2 bis 6 müssen vor dem Ende der Analyse-Phase betätigt werden um berücksichtigt zu werden.

5.4 Ausschalten des Gerätes

Während ein Szenario aktiv ist, drücken Sie gleichzeitig einige Sekunden die orange (5) und grüne (1) Tasten, um das Gerät vollständig auszuschalten. In diesem Zustand wird keine Energie mehr verbraucht.

ACHTUNG !

Das Gerät ist erst vollständig ausgeschaltet, wenn die grüne Lampe (7) nicht mehr blinkt. Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit im Stand-by Modus, da dadurch die Batterie vorzeitig entladen wird.


6 Sicherheitshinweise

Folgende Punkte sind besonders zu beachten:

- Das Gerät ist ausschliesslich für die Schulung vorgesehen und kann nicht für die Defibrillation eingesetzt werden.
- Das Gerät wird mit Schulungselektroden verwendet.
- Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die gesamte Ausrüstung des FRED easy TRAINER mit allen Optionen.
- Anwendungen, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht beschrieben werden, sind für das Gerät nicht vorgesehen und untersagt.
- Das Verwenden von Fremdzubehör liegt in der Verantwortung des Betreibers.
- Der Benutzer muss mit der Funktionsweise des Geräts vollständig vertraut sein.
- Die Funktionstüchtigkeit des Geräts muss vor jedem Einsatz sichergestellt werden.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in einer explosionsgefährdeten Umgebung bestimmt.

7 Reinigung

Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem mit Reinigungs- oder Desinfektionslösung angefeuchteten Tuch ab.



Entfernen Sie unbedingt die Batterie, bevor Sie mit dem Reinigen des Geräts beginnen. Sollte Flüssigkeit in das Gerät eindringen, muss das Gerät gereinigt werden und darf es erst wieder nach einer eingehenden Überprüfung in Betrieb genommen werden.

8 Wartung und Entsorgung

Das Gerät muss einmal jährlich überprüft werden.

Bei der Entsorgung des Geräts am Ende seiner Nutzungsdauer sind die geltenden Vorschriften des Landes zu beachten.

Sie sind verpflichtet das Gerät getrennt zu sammeln und den entsprechenden zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme zuzuführen.

Ausser der steckbaren Batterie enthält das Gerät keine gefährlichen Stoffe und kann wie gewöhnliche elektronische Geräte entsorgt werden.

9 Technische Daten

- Funktionsmodus: Schulung halbautomatische und automatische Defibrillation
- Stromversorgung:

Alkalin Batterie 6 Volt bestehend aus 4 Alkalin Batterien LR6 1,5 Volt

ACHTUNG!
Batterie nicht wieder aufladen!
Nicht in das Ladegerät stecken!
Batterie nicht in den Defibrillator FRED easy stecken!



Akku Ni/Cd 6 Volts 650 mAh, wiederaufladbar

ACHTUNG!
Akku nicht in den Defibrillator FRED easy stecken!




ACHTUNG!
ZERSTÖRUNGSGEFAHR DES GERÄTES:
Stecken Sie NICHT die 12V Batterie oder den 12V Akku vom Defibrillator FRED easy in das Schulungsgerät FRED easy TRAINER!

Akku Ladegerät 100-240 VAC, 50-60 Hz, 25 VA max
Schutzklasse : II
Ladezeit eines leeren Akkus : 1 St.



Akku-Sockel

- Anzeige des Batteriestatus von 1 bis 100% = 4,5 Volt bis 6 Volt (Spannung bei vollständig aufgeladener Batterie)



- Stromverbrauch des Gerätes : 35 mA ohne Sprache, ung. 250 mA mit Sprache

- Erkennung der angeschlossenen Elektroden über einen Magnet, der sich im Stecker des Elektrodenverbindungskabel befindet

9.1 Umgebungsbedingungen

- Transport / Lagerung:

Temperatur: – 30...+ 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 30...95%, nicht kondensierend

Luftruck: 500...1060 hPa

- In Betrieb

Temperatur: 0...+ 50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 30...95 %, nicht kondensierend

Luftruck: 700...1060 hPa

Abmessungen und Gewicht

Breite	230 mm
Tiefe	220 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	< 1 kg

10 Garantie

Für Ihren FRED easy TRAINER besteht für die Dauer eines Jahres ab Kaufdatum Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler. Während dieses Jahres repariert SCHILLER ein fehlerhaftes Gerät, das mit einer schriftlichen Beschreibung des Fehlers zurückgeschickt wird, oder ersetzt die defekten Teile bzw., falls nötig, das ganze Produkt.

Der Benutzer trägt sämtliche Post-, Versand- oder Transportkosten.

Der Hersteller stellt auf Anfrage Schaltdiagramme, Stücklisten, Beschreibungen, Kalibrieranweisungen und andere Informationen zur Verfügung, die das technische Fachpersonal des Benutzers für Reparaturen an Geräteteilen benötigt, die als "reparierbar" vom Hersteller eingestuft sind. Der Erhalt dieser Informationen gilt jedoch nicht als Ermächtigung, Änderungen oder Reparaturen am Gerät vorzunehmen.


Alle Schutzrechte für genannte Geräte, Schaltungen und Verfahren sind vorbehalten.

SCHILLER haftet nicht für indirekte oder Folgeschäden, wenn Reparaturversuche oder Änderungen durch nicht berechtigte oder unqualifizierte Personen vorgenommen wurden, oder bei Beschädigungen des Geräts durch Unfälle, unsachgemäße Handhabung oder Missbrauch. Von der Garantie ausgenommen sind ausserdem Batterien, normale Abnutzungerscheinungen, Flecken und andere Erscheinungsmerkmale, welche die Leistung des Geräts nicht beeinträchtigen.

11 Lieferübersicht

Artikelnummer	Bezeichnung
6-90-0053	Alkalin Batterie Gehäuse (ohne Batterien)
53108	Satz von 4 Alkalin Batterien 1,5 Volt LR6
4-07-0010	Akku Ni/Cd 6 Volt, wiederaufladbar
3-55-0030	Ladegerät für Akku NiCd 6 Volt, 100-240 VAC, 50-60 Hz, Europa
0-21-0006	Wiederverwendbares Kabel für Schulungselektroden 0-21-0005. Länge : 2 m
0-21-0005	Selbstklebende Schulungselektroden (10 Sätze von 2 Elektroden)
0-99-0004	Fernbedienung (einsatzbereit)
9-73-0000	Satz von 4 Alkalin Batterien 1,5 Volt LR3 für die Fernbedienung
6-06-0012	Wiederaufklebbare AD (Automatische Defibrillation) Folie

12 General Algorithmus



Bemerkungen

◀ 1 ⌂ 20 seconds = Text 1; wird alle 20 Sekunden wiederholt

Rem 1: Die Etappe "PRESS ANALYSE" (Text 2) gibt es nicht wenn die Analyse automatisch startet oder bei einem automatischen Gerät

Rem 2: Die Texte 14, 15 und 16 erscheinen nur bei einem automatischen Gerät.

13 Sprach und Anzeigetexte

	Sprachtexte	Anzeigetexte
1	Setzen Sie die Reanimation fort und kleben sie die Elektroden wie abgebildet auf den nackten und trockenen Oberkörper, Stecker beim gelben Licht einstecken.	ELEKTRODEN ANSCHLIESSEN
2	Drücken Sie die grüne Taste.	GRUENE TASTE DRUECKEN
3	Patienten nicht berühren – Bitte warten, Auswertung läuft!	PATIENT NICHT BERUEHREN AUSWERTUNG LAEUFT!
4	Schock empfohlen — ACHTUNG: Patienten nicht berühren. Gerät lädt.	SCHOCK EMPFOHLEN PATIENT NICHT BERUEHREN
5	Schock abgeben! Patient nicht berühren - Drücken Sie die orange Taste.	SCHOCK AUSLOESEN ORANGE TASTE DRUECKEN
6	Kein Schock empfohlen.	KEIN SCHOCK EMPFOHLEN
7	Herzrhythmus hat sich geändert.	HERZRHYTHMUS HAT SICH GEAENDERT
8	Führen Sie abwechselnd 30 Herzdruckmassagen und 2 Beatmungen durch - setzen Sie die Reanimation fort bis, der Patient atmet oder neue Anweisungen erfolgen.	30 HERZDRUCKMASSAGEN UND 2 BEATMUNGEN
9	Patienten nicht bewegen.	ACHTUNG ! PATIENTEN NICHT BEWEGEN
10	Elektroden fest andrücken.	KLEBEELEKTRODEN FEST ANDRUECKEN
14	Achtung - Schock wird abgegeben. 4 - 3 - 2 - 1.	ACHTUNG ! SCHOCK WIRD ABGEGBEN
15	Stellen Sie sicher dass der Patient nicht ansprechbar ist. Schalten Sie das Gerät aus wenn der Patient ansprechbar ist.	PATIENT ANSPRECHBAR? FALLS ANSPRECHBAR GERÄTE ABSCHALTEN
16	Patient nicht berühren – Herzrhythmus wird analysiert.	PATIENT NICHT BERÜHREN! HERZRHYTHMUS WIRD ANALYSIERT